

MicroBlue

serie BlueLine



Introduzione

Grazie per aver acquistato il modello MicroBlue

I microscopi MicroBlue sono sviluppati per l'uso nelle scuole e nei laboratori. L'attenzione specifica ai metodi di produzione ha portato anche a un ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo prodotto per garantire un uso corretto e sicuro

- Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso
- L'aspetto del prodotto effettivo può differire dai modelli descritti in questo manuale
- Non tutte le apparecchiature menzionate in questo manuale devono far parte del set acquistato
- Tutti i componenti ottici sono trattati per prevenire la creazione di funghi e con un rivestimento anti- riflesso per permettere il massimo passaggio della luce

Indice

Istruzioni generali di sicurezza	3
Pericolo di soffocamento	3
Pericoli associati all'utilizzo	3
Sicurezza fotobiologica dei LED, instrucciones importantes de seguridad	3
Prevenzione dei rischi biologici e infettivi	3
Disinfezione e decontaminazione:	4
Modello con batterie ricaricabili	5
Ambiente, stoccaggio e utilizzo	5
Modelli	6
Obiettivi	6
Componenti del microscopio	6
Preparazione del per il suo utilizzo	7
Assemblaggio dei componenti	7
Utilizzo del microscopio	8
Regolare l'illuminazione:	8
Posizionare il vetrino	9
Messa a fuoco e protezione del vetrino	9
Oculari	9
Condensatore di Abbe	10
Uso dell'obiettivo S100x ad immersion in olio	10
Dispositivo di sicurezza	11
Illuminazione serie MicroBlue	11
Manutenzione e pulizia	11
Pulizia dell'ottica	11
Manutenzione dello stativo	11
Cambiare le batterie del MicroBlue	12
Modelli digitali e fotocamere	12
Accessori e ricambi	12

Istruzioni generali di sicurezza

Uso previsto - come dispositivo non medico

Questo microscopio è destinato all'osservazione generale di cellule e tessuti. Il microscopio è destinato ad essere utilizzato con illuminazione trasmessa/riflessa e con il campione fissato su un vetrino

Pericolo di soffocamento

L'imballaggio può contenere sacchetti di plastica protettivi senza fori, così come sacchetti antipolvere che potrebbero essere infilati sulla testa di un bambino. Per evitare il rischio di soffocamento:

- Tenere i sacchetti lontano da neonati e bambini
- Annodare i sacchetti di plastica prima di gettarli
- Conservare i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini
- L'installazione e l'uso di questo prodotto devono essere sempre supervisionati da un adulto qualificato

Pericoli associati all'utilizzo

- Un uso improprio potrebbe provocare lesioni, malfunzionamenti o danni allo strumento. È necessario garantire che l'operatore informi ogni utente dei pericoli esistenti
- Pericolo di elettrocuzione. Scollegare l'alimentazione all'intero sistema di illuminazione prima di installare, aggiungere o modificare qualsiasi componente
- Non utilizzare in ambienti corrosivi o esplosivi
- Evitare l'esposizione diretta degli occhi al fascio di luce collimato o alla luce diretta dai conduttori di luce o dalle fibre
- Per evitare rischi per i bambini, tenere da parte tutti i componenti e conservare tutti i materiali di imballaggio in un luogo sicuro

Sicurezza fotobiologica dei LED, instrucciones importantes de seguridad

- Evitare l'esposizione diretta degli occhi a qualsiasi sorgente di luce LED mentre è accesa
- Prima di guardare negli oculari del microscopio, abbassare l'intensità dell'illuminazione LED a un livello basso
- Evitare l'esposizione ad alta intensità e l'esposizione prolungata alla luce LED perché ciò può causare danni seri alla retina dell'occhio

Prevenzione dei rischi biologici e infettivi

Le sostanze infettive, batteriche o virali a rischio biologico sotto osservazione possono essere un rischio per la salute dell'uomo e di altri organismi viventi. Durante le procedure mediche in vitro devono essere prese precauzioni speciali:

- **Pericoli biologici:** tenere un giornale di bordo di tutte le sostanze biologiche o microrganismi patogeni che erano sotto osservazione con il microscopio e mostrarlo a tutti prima di usare il microscopio o prima di fare qualche lavoro di manutenzione al microscopio! Gli agenti possono essere batterici, spore, particelle virali, funghi o protozoi
- **Contamination hazard:**
 - Un campione adeguatamente racchiuso in un vetrino copri-oggetto, non entra mai in contatto diretto con le parti del microscopio. In tal caso la prevenzione della contaminazione sta nella manipolazione dei vetrini, se i vetrini siano decontaminati prima dell'uso e sono trattati normalmente e non sono danneggiati, il rischio di contaminazione è praticamente nullo
 - Un campione montato su un vetrino senza vetrino copri-oggetto può entrare in contatto con i componenti del microscopio e costituire un pericolo per l'uomo e/o l'ambiente. Pertanto, controllare il microscopio e gli accessori per possibili contaminazioni. Pulire le superfici del microscopio e i suoi componenti il più accuratamente possibile e se si identifica una possibile contaminazione, informare il responsabile locale della propria organizzazione
 - Gli operatori del microscopio potrebbero essere contaminati da altre attività e contaminare in modo incrociato i componenti del microscopio. Pertanto, controllare il microscopio e gli accessori su possibili contaminazioni. Pulire le superfici del microscopio e i suoi componenti il più accuratamente possibile e se si identifica una possibile contaminazione, informare il responsabile locale della propria organizzazione. Si consiglia di indossare guanti sterili durante la preparazione dei vetrini e la manipolazione del microscopio per ridurre la contaminazione da parte dell'operatore

- **Pericolo di infezione:** il contatto diretto con le manopole di messa a fuoco, le regolazioni del tavolino, e gli oculari / tubi del microscopio possono essere una potenziale fonte di infezioni batteriche e / o virali. Il rischio può essere limitato utilizzando protettori di gomma personali. È inoltre possibile utilizzare protezioni come guanti e/o occhiali di sicurezza che possono essere frequentemente cambiati per ridurre al minimo il rischio
- **Pericoli disinfettanti:** prima della pulizia o della disinfezione controllare se la stanza è adeguatamente ventilata. Se non lo fosse, indossare dispositivi di protezione respiratoria. L'esposizione a sostanze chimiche e aerosol può danneggiare gli occhi umani, la pelle e l'apparato respiratorio. Non inalare vapori. Durante la disinfezione, non mangiare, bere o fumare. I disinfettanti usati devono essere smaltiti secondo le normative locali o nazionali in materia di salute e sicurezza

Disinfezione e decontaminazione:

- il corpo esterno del microscopio e le superfici meccaniche devono essere puliti con un panno pulito inumidito con un disinfettante
- le parti in plastica morbida e le superfici in gomma possono essere pulite pulendo delicatamente un panno pulito inumidito con un disinfettante. Lo scolorimento può verificarsi se si usa alcol
- la lente anteriore degli oculari e degli obiettivi è sensibile alle sostanze chimiche. Si consiglia di non utilizzare disinfettanti aggressivi ma di utilizzare carta per lente o un tessuto privo di fibre morbide con una soluzione detergente. Possono essere utilizzati anche tamponi di cotone. Si consiglia di utilizzare oculari personali senza protettori di gomma per ridurre al minimo i rischi
- non immergere mai l'oculare o l'obiettivo in un liquido disinfettante! Ciò danneggerà il componente
- non utilizzare mai composti abrasivi o detergenti in grado di danneggiare e graffiare le superfici ottiche
- Pulire e disinfettare correttamente tutte le possibili superfici contaminate del microscopio o degli accessori contaminati prima di conservarsi per un uso futuro. Le procedure di disinfezione devono essere efficaci e appropriate
- Lasciare il disinfettante sulla superficie per il tempo di esposizione richiesto, come specificato dal produttore. Se il disinfettante evapora prima dell'intero tempo di esposizione, riapplicare il disinfettante sulla superficie
- Per la disinfezione contro i batteri, utilizzare una soluzione acquosa al 70% di isopropanolo (alcol isopropilico) e applicare per almeno 30 secondi. Contro i virus, si consiglia di fare riferimento a specifici prodotti di disinfezione a base alcolica o non alcolica per laboratori

Prima di restituire un microscopio per la riparazione o la manutenzione tramite un rivenditore Euromex, è necessario compilare un RMA (modulo di autorizzazione alla restituzione) e una dichiarazione di decontaminazione! Questo documento - disponibile da Euromex per qualsiasi rivenditore - deve essere spedito con il microscopio

Usare con cura

- Questo prodotto è uno strumento ottico di alta qualità. È necessario muoverlo delicatamente
- Evitare di sottoporlo a urti e impatti improvvisi
- Gli impatti, anche quelli piccoli, possono influenzare la precisione dell'obiettivo

Manipolazione del LED

Nota: Scollegare sempre il cavo di alimentazione dal microscopio prima di maneggiare la lampadina LED e l'unità di alimentazione e lasciare raffreddare il sistema per circa 35 minuti per evitare ustioni.

- Non toccare mai il LED a mani nude
- Lo sporco o le impronte digitali ridurranno il tempo di vita e possono causare un'illuminazione irregolare riducendo le prestazioni ottiche
- Utilizzare solo led di sostituzione originali Euromex
- L'uso di altri prodotti causerà malfunzionamenti e annullerà la garanzia
- Durante l'uso del microscopio, l'unità di alimentazione si scalda, non toccarla mai mentre è in funzione e permettere al sistema di raffreddarsi durante 35 minuti per evitare ustioni

Sporcizia sulle lenti

- Lo sporco all'interno o all'esterno dei componenti ottici come oculari, lenti, ecc., influisce negativamente sulla qualità dell'immagine del sistema
- Cercare sempre di evitare che il microscopio si sporchì utilizzando la copertina anti-polvere, evitare di lasciare le impronte digitali sulle lenti e pulire regolarmente la superficie esterna dell'obiettivo

- La pulizia dei componenti ottici è una questione delicata. Si prega di leggere attentamente le istruzioni di pulizia in questo manuale

Modello con batterie ricaricabili

- Scollegare sempre il cavo di alimentazione dal microscopio prima di sostituire le batterie ricaricabili
- Le batterie ricaricabili non devono essere gettate come normali rifiuti ma restituite in siti di raccolta speciali, secondo le normative locali o nazionali
- Rischio di esplosione: quando si rimuovono le batterie ricaricabili, non gettare le batterie nelle fiamme o in qualsiasi altra fonte di riscaldamento
- Non sostituire le batterie ricaricabili con batterie non ricaricabili
- Evitare condizioni e temperature ambientali estreme che potrebbero influire sulle batterie ricaricabili e causare incendi, esplosioni o perdite di sostanze pericolose
- Se le batterie ricaricabili sono fuoriuscite, evitare il contatto della pelle, gli occhi e le mucose con le sostanze chimiche
- A contatto con le sostanze chimiche, sciacquare immediatamente le aree colpite con acqua dolce e consultare un medico

Ambiente, stoccaggio e utilizzo

- Questo prodotto è uno strumento di precisione e deve essere utilizzato in un ambiente adeguato per un uso ottimale
- Installare il prodotto in ambienti chiusi su una superficie stabile, al fine di evitare che questo strumento cada e possa ferire così l'operatore
- Non posizionare il prodotto alla luce diretta del sole
- La temperatura ambiente deve essere compresa tra 5 e 40 gradi centigradi e l'umidità è massima dell'80% a 31 gradi diminuendo linearmente al 50% a 40 gradi. Anche se il sistema è trattato anti-muffa, l'installazione di questo prodotto in un luogo caldo e umido può comunque provocare la formazione di muffe o condensazione sulle lenti, compromettendo le prestazioni
- Non girare mai le manopole di messa a fuoco destra e sinistra in direzioni opposte allo stesso tempo o girare la manopola di messa a fuoco macrometrica oltre il suo punto massimo, questo danneggerà il prodotto
- Non usare mai troppa forza quando si ruotano le manopole
- Assicurarsi che il sistema del microscopio possa dissipare il suo calore
- Mantenere il microscopio a circa 15 cm di distanza da pareti e ostruzioni
- Non accendere mai il microscopio con la copertina anti-polvere
- Mantenere lontani i fluidi infiammabili, il tessuto ecc.

Scollegare l'alimentazione

Scollegare sempre il microscopio dall'alimentazione prima di eseguire qualsiasi manutenzione, pulizia, assemblaggio o sostituzione dei LED per evitare scosse elettriche

Evitare il contatto con acqua e altri fluidi

Non permettere mai che l'acqua o altri fluidi vengano a contatto con il microscopio, ciò può causare cortocircuito del dispositivo, causando malfunzionamenti e danni al sistema

Spostamento e assemblaggio

- Questo microscopio è un sistema relativamente pesante, considerare questo quando si sposta e si installa il sistema
- Sollevare sempre il microscopio tenendo il corpo principale e la base del microscopio
- Non sollevare o spostare mai il microscopio tenendolo per le manopole, il tavolino o la testata
- Quando necessario, spostare il microscopio tra due persone invece di una

Modelli

I microscopi della gamma EUROMEX MicroBlue sono dotati di 1 o 2 oculari WF10x (H) e obiettivi acromatici **Nota:** nella pagina www.euromex.com puoi trovare gli ultimi aggiornamenti sui modelli e gli accessori

Obiettivi

Gli obiettivi S40x e S100x sono dotati di un supporto a molla, per evitare danni all'obiettivo e al campione. L'Apertura Numerica - N.A. - dell'obiettivo è un'indicazione per la potenza di risoluzione dell'obiettivo. L'ingrandimento totale può essere calcolato moltiplicando l'ingrandimento dell'oculare con l'ingrandimento dell'obiettivo. Gli ingrandimenti sono visualizzati nella tabella seguente:

Oculare	Obiettivo	Ingrandimento
10x	4x	40x
10x	10x	100x
10x	20x	200x
10x	40x	400x
10x	60x	600x
10x	100x	1000x

Componenti del microscopio

I nomi delle diverse parti sono elencati di seguito e sono indicati nella foto:



A. Tubo trinoculare
B. Anello per la messa a fuoco del tubo trino
C. Oculare/i
D. Regolazione Diottrica (solo bino/trino)
E. Testata (mono/bino/trino girevole 360°)
F. Revolver per 3 o 4 obiettivi
G. Obiettivi
H. Dispositivo di sicurezza
I. Tavolino (traslatore o semplice)
J. Leva per regolare l'altezza del condensatore
K. Condensatore con diaframma iride + porta-filtro
L. Regolazione macro e micrometrica coassiale

M. Alloggiamento lampadina
N. Controllo dell'intensità della luce
O. Braccio di supporto
P. Portacampioni a 5 vetrini
Q. Comandi coassiali del tavolino
R. Doppio portautensili
S. Alloggiamento integrato per alimentatore
T. Alloggiamento per olio di immersione
U. Doppio interruttore di illuminazione
V. Ingresso di alimentazione USB-C
W. Sistema integrato di avvolgimento cavi

Preparazione del per il suo utilizzo

Rimuovere con attenzione gli articoli dal suo imballaggio e posizionarli su una superficie piana e resistente. Si prega di non esporre il microscopio alla luce diretta del sole, alte temperature, umidità, polvere o impatti. Assicurarsi che il tavolo o la superficie sia piatta e orizzontale

Quando si sposta il microscopio, utilizzare la mano sinistra per tenere la maniglia di trasporto e tenere la base del microscopio con la mano destra



Tenere il microscopio nella parte superiore del braccio quando dovrebbe essere spostato. Tenere il microscopio per il tavolino o manopola di messa a fuoco lo danneggerà



Attenzione! If the bacterial solution or water splatters over the stage, objective or head, please pull out the power cord immediately and dry the microscope

Assemblaggio dei componenti

Euromex Microscopen cerca sempre di fornire i microscopi completamente montati e pronti per il loro utilizzo, ma in certi casi, per motivi di sicurezza nel trasporto, è necessario seguire alcuni passi. I passi che si descrivono a continuazione spesso non sono necessari, ma sono stati comunque inseriti per sua convenienza

Montare gli oculari

Le testate ruotabili a 360° sono dotate di oculari WF10x (H). La versione con testata monoculare è dotata di un oculare WF10x (con puntatore) che può essere ruotato ed è bloccato con una vite. Rimuovere la vite prima di estrarre l'oculare per evitare danni (B)

1. Estragga i tappi dai tubi porta-oculari
2. Inserisca gli oculari nei tubi porta-oculari (A, B)

Fissare gli oculari

Per bloccare gli oculari nei modelli binoculari si prega di trovare la vite come indicato nella foto (C). Si prega di notare che la posizione può essere leggermente ruotata da un modello all'altro. Per i modelli monoculari la posizione corretta della vite si trova indicate nella figura (D)



protettori oculari (opzionale)

Gli oculari possono essere dotati di protettori di gomma. Questi evitano che la lente si rovini ed evita la luce diretta. Il protettore di gomma scivola semplicemente sull'oculare

Montare gli obiettivi

- Ruotare la manopola di messa a fuoco macrometrica per abbassare il tavolino nella posizione più bassa
- Installare gli obiettivi nel revolver cominciando per l'obiettivo di minore ingrandimento e seguendo in senso orario. Quando si utilizza il microscopio, cominciare sempre l'osservazione con l'obiettivo di minore ingrandimento (4x o 10x), cerchi il campione e lo metta a fuoco, successivamente può utilizzare gli obiettivi con un ingrandimento maggiore e solo dovrà realizzare piccole correzioni con la manopola di messa a fuoco micrometrica

Collegare la fonte USB-C di alimentazione

I microscopi supportano un'ampia gamma di tensioni operative: da 100 a 240V. Si prega di utilizzare una connessione di alimentazione a terra

- Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento ("o") prima della connessione
- Inizia arrotolando il cavo in eccesso
- Inserire il connettore USB-C del cavo di alimentazione nella presa di alimentazione (1) e assicurarsi che si colleghi bene
- Inserire l'altro connettore USB nell'adattatore e assicurarsi che si colleghi bene



Nota: Quando si ripone l'intero cavo di alimentazione e l'adattatore, scollegare il connettore USB-C per evitare una sollecitazione eccessiva sul connettore

- L'interruttore (2) consente di scegliere tra luce LED bianca o luce LED alogena colorata



Non piegare o torcere il cavo di alimentazione, si danneggerà. Utilizzare il cavo fornito da Covetrus. Se viene perso o danneggiato, sceglierne uno con le stesse specifiche

Utilizzo del microscopio

Regolare l'illuminazione:

Per ottenere un effetto ottimale nel contrasto e nella risoluzione si dovrebbe seguire la seguente procedura:


- Posizionare un campione sul tavolino e mettere a fuoco utilizzando l'obiettivo 4x, con il diaframma iride completamente aperto
- Ruotare l'intensità della luce nella posizione più bassa, quindi guardare attraverso l'oculare e aumentare il livello di intensità fino a un punto confortevole
- Muovere il condensatore nella posizione più alta
- Chiudere diaframma iride, fino a quando non è appena visibile sul bordo del campo visivo

Il microscopio è impostato correttamente per l'uso con l'obiettivo 4x. Per altri ingrandimenti in campo chiaro, questa procedura deve essere ripetuta per garantire il miglior equilibrio tra contrasto e risoluzione



Attenzione:

La massima intensità luminosa quando si utilizzano gli obiettivi 4x e 10x può danneggiare gli occhi!



Posizionare il vetrino

Nel modello MB.1001 il vetrino viene posizionato sotto le pinze del tavolino. Negli altri modelli tra le pinze del tavolino traslatore e può essere accuratamente spostato nelle direzioni X- e Y (M)

- Spingere la pinza del supporto del campione all'indietro
- Rilasciare la pinza bloccando lentamente il vetrino con il vetro di copertura rivolto verso l'alto
- Usare la manopola dell'asse X e Y per spostare il vetrino per allinearlo con il centro dell'obiettivo

Messa a fuoco e protezione del vetrino

- Selezionare l'obiettivo 4x e assicurarsi che sia posizionato correttamente nel percorso ottico
- Ruotare la manopola di regolazione macrometrica verso l'alto, osservare l'oculare destro con l'occhio destro. Ruotare la manopola di messa a fuoco macrometrica finché non appare l'immagine
- Ruotare la manopola di messa a fuoco micrometrica per rendere più nitida l'immagine
- Quando si esegue la messa a fuoco con un obiettivo S100x, è necessario bloccare la vite di protezione (D). La vite di protezione del tavolino protegge i campioni limitando la corsa del tavolino. In questo modo gli obiettivi non toccheranno o romperanno i vetrini. Nel caso in cui venga acquistata una versione standard con incluso un obiettivo S100x, questa è preimpostata in fabbrica

Oculari

L'uso di un tubo binoculare (o trinoculare) è meno faticoso per gli occhi di un tubo monoculare. Per ottenere un'immagine "composta" nitida, si consiglia di seguire i seguenti passaggi

1. La distanza interpupillare

La distanza interpupillare corretta viene raggiunta quando si vede un'immagine rotonda nel campo visivo (vedi immagine sotto). Questa distanza può essere impostata tirando i tubi l'uno verso l'altro o allontanandoli l'uno dall'altro. Questa distanza è diversa per ogni osservatore e quindi deve essere impostata individualmente. Quando più utenti lavorano con il microscopio si consiglia di ricordare la distanza interpupillare per un rapido set up durante le nuove sessioni di microscopia




2. Il corretto punto oculare

Il punto oculare è la distanza dall'oculare alla pupilla dell'utente. Per ottenere il punto oculare corretto, spostare gli occhi verso gli oculari fino a raggiungere un'immagine nitida in un campo visivo completo

3. Regolazione delle diottrie

Questo capitolo è applicabile solo per modelli bino e trino

- Impostare l'anello di regolazione della diottrica su zero (I)
- Chiudere l'occhio sinistro e mettere a fuoco il tubo destro usando le manopole di regolazione macro e micrometriche (O)
- Chiudere l'occhio destro e mettere a fuoco il tubo sinistro con l'anello di regolazione delle diottrie



Campo di visione prima della regolazione

Campo di visione dopo la regolazione

Questa procedura deve essere seguita da ogni singolo utente.

Quando più utenti lavorano sullo stesso microscopio si consiglia di ricordare la propria impostazione diottrica per una configurazione rapida durante le nuove sessioni di microscopia

Condensatore di Abbe

Sotto il tavolino è montato un condensatore Abbe N.A. 1.25. (su tutti i modelli tranne MB.1001 e MB.1005-X, che sono dotati di un condensatore fisso 0.65). Il condensatore può essere regolato in altezza spostando la leva sotto il tavolino (N). Regolando il condensatore è possibile mettere a fuoco la luce sul campione per un contrasto ottimizzato. Il condensatore è pre-centrato in fabbrica. Se necessario, è possibile seguire la seguente procedura per centrare il condensatore

- A.** Spostare il condensatore nella posizione più alta
- B.** Selezionare l'obiettivo 4x e posizionarlo nel percorso luminoso e mettere a fuoco il campione
- C.** Ruotare l'anello di regolazione del diaframma del campo per mettere il diaframma di campo nella posizione più piccola
- D.** Abbassare il condensatore fino al punto in cui l'immagine è la più nitida
- E.** Regolare la vite del condensatore per posizionare l'immagine al centro del campo visivo
- F.** Aprire il diaframma di campo gradualmente
- G.** Il condensatore è centrato correttamente se l'immagine rimane al centro quando si apre il diaframma di campo



Uso dell'obiettivo S100x ad immersione in olio

Alcuni microscopi Euromex MicroBlue sono dotati di un obiettivo di immersione in olio S100x N.A. 1.25. Si prega di seguire le seguenti istruzioni su come utilizzare questo obiettivo:

- 1.** Rimuovere il tappo antipolvere dal revolver per montare l'obiettivo S100x. (L'obiettivo può essere premontato).
- 2.** Mettere a fuoco l'immagine con l'obiettivo S40x.
- 3.** Girare il revolver in modo che l'obiettivo S100x raggiunga quasi la posizione di scatto.
- 4.** Mettere una piccola goccia di olio da immersione al centro del vetrino (utilizzare sempre olio da immersione Euromex).
- 5.** Ruotare ora l'obiettivo S100x fino a sentire lo scatto.
- 6.** La lente frontale è ora a contatto con l'olio da immersione.
- 7.** Guardare attraverso l'oculare e mettere a fuoco l'immagine con le manopole di regolazione micrometrica.
- 8.** La distanza tra la lente dell'obiettivo e il vetrino è molto ridotta!
- 9.** Se sono visibili piccole bolle, ruotare l'obiettivo S100x alcune volte da sinistra a destra in modo che la parte anteriore dell'obiettivo si muova nell'olio e le bolle scompaiano.
- 10.** Dopo aver utilizzato l'obiettivo S100x, allentare la maniglia di protezione del vetrino e abbassare il tavolino con le manopole di regolazione macrometrica finché la lente frontale non tocca più l'olio.
- 11.** Pulire la lente frontale dell'obiettivo S100x.
- 12.** Pulire sempre la lente frontale dell'obiettivo S100x con carta per lenti inumidita con una goccia di isopropanolo. Si consiglia di utilizzare carta per lenti Euromex e isopropanolo. Pulire anche il vetrino dopo l'uso.

Attenzione

- Non mettere mai una goccia di xilolo o alcool direttamente sulla lente dell'obiettivo. Potrebbe entrare nell'obiettivo e sciogliere la colla che tiene le lenti!
- Evitare il contatto dell'olio con uno qualsiasi degli altri obiettivi!

Dispositivo di sicurezza

Per evitare danni all'obiettivo o rompere il campione, tutti i modelli sono dotati di un dispositivo di sicurezza pre-fissato. Si consiglia di utilizzare vetrini di spessore di 1,0 – 1,2 mm (codice prodotto: PB.5150, PB.5155, PB.5160) in combinazione con vetrini copri-oggetti di 0,13 mm o 0,17 mm di spessore (codice prodotto: PB.5165, PB.5168)

- Allentare il contro dado (1) in senso antiorario con una pinza e ruotarlo abbastanza in alto
- Ruotare leggermente verso l'alto la vite di bloccaggio (2) in senso antiorario
- Messa a fuoco con un campione utilizzando l'obiettivo a immersione in olio 100x
- Una volta ottenuta l'immagine a fuoco, alzare leggermente il tavolino fino a quando l'immagine non è più a fuoco, senza però che il vetrino tocchi l'obiettivo
- Ruotare in senso orario la vite di bloccaggio (2) verso il basso fino a quando non incontra resistenza
- Ruotare il contro dado (1) in senso orario verso il basso fino a quando non tocca il supporto e serrarlo con una pinza
- Verificare che sia ancora possibile mettere a fuoco correttamente l'obiettivo a immersione in olio 100x


Illuminazione serie MicroBlue

L'illuminazione a LED del MicroBlue è dotata di batterie ricaricabili.

La durata d'uso dopo la ricarica è di circa 60 ore. Il tempo di ricarica completo è di circa 10 ore. Al primo utilizzo le batterie devono essere completamente cariche. Collegare il cavo alla presa di alimentazione

L'illuminazione ha le seguenti specifiche:

- LED : 1W, 300 mA
- Caricabatterie : Primario AC 100 - 240 Volt-50Hz
- Batterie: 3 NiMh, tipo AA, 1.2 Volt 1600 - 2600 mA



Dispositivo di sicurezza

Manutenzione e pulizia

Posizionare sempre la copertina anti-polvere sopra il microscopio MicroBlue dopo l'uso. Tenere sempre l'oculare e gli obiettivi montati sul microscopio per evitare che la polvere entri nello strumento

Pulizia dell'ottica

Quando l'oculare o la lente dell'obiettivo 10x o S40x sono sporchi, possono essere puliti con un pezzo di carta per lenti sulla superficie (movimenti circolari). Quando questo non è sufficiente, mettere una goccia di alcol sulla carta per lenti e pulirlo. Non mettere mai xilolo o alcol direttamente sulla lente! Si prega di notare che Euromex offre uno speciale kit di pulizia del microscopio: PB.5275. Non è necessario – e non raccomandato – pulire le superfici delle lenti all'interno degli obiettivi. A volte la polvere può essere rimossa con aria ad alta pressione. Non ci sarà mai polvere negli obiettivi se gli obiettivi non vengono rimossi dal revolver.

Attenzione

I panni di pulizia contenenti fibre di plastica possono danneggiare il rivestimento delle lenti!

Manutenzione dello stativo

La polvere può essere rimossa con un pennello. Nel caso in cui lo stativo o il tavolino fosse molto sporco allora è possibile pulire la superficie con un prodotto di pulizia non aggressivo. Tutte le parti in movimento come la regolazione dell'altezza e la regolazione macro e micrometrica contengono cuscinetti a sfera che non sono sensibili alla polvere. Con una goccia di olio di macchina da cucire è possibile lubrificare il cuscinetto



Cambiare le batterie del MicroBlue

Attenzione: rimuovere sempre il cavo di alimentazione dalla rete elettrica !

- Posizionare delicatamente il MicroBlue su un lato
- Svitare il coperchio del vano batterie con una chiave a brugola
- Rimuovere il coperchio ed estrarre le batterie facendo leva
- Inserire le batterie ricaricabili AA nella posizione corretta
- Riposizionare il coperchio e chiudere il vano batterie


Modelli digitali e fotocamere

I modelli digitali sono dotati di una fotocamera digitale all'interno. Collegare il cavo USB in dotazione alla fotocamera e seguire il manuale del software dedicato per l'uso. Il LED posizionato accanto alla porta USB inizierà a lampeggiare quando attivato dal software

Le fotocamere digitali sono progettate per essere utilizzate sul tubo trinoculare del microscopio. È anche possibile utilizzare la fotocamera digitale in combinazione con una testa binoculare, monoculare o testata di discussione. Per utilizzare la fotocamera su una testata EcoBlue monoculare, binoculare o di discussione, è possibile rimuovere semplicemente l'oculare e quindi posizionare la fotocamera con l'adattatore a passo C montato nel tubo dell'oculare (immagine sottostante). Focalizzare l'immagine digitale con i controlli macro e micrometrici del microscopio

Per i modelli trinoculari, far scorrere la fotocamera con l'adattatore a passo C nel tubo da 23,2 mm del trinoculare. Per la messa a fuoco, allenta l'anello (A) e svita lentamente il tubo (B) potrai far corrispondere la parafofocalità della telecamera con la vista attraverso gli oculari. La regolazione può essere effettuata alzando/abbassando l'altezza della telecamera (C). Prendi un campione di facile visualizzazione e metti a fuoco l'immagine attraverso gli oculari del microscopio (con regolazione diottrica impostata su "0"). Successivamente, eseguire questa procedura di regolazione dell'altezza mentre si guarda l'immagine sullo schermo del computer. In questo caso, una volta ottenuta la parafofocalità nel dispositivo, riavvitare l'anello (A) (immagine sottostante)

Seguire il manuale fornito con la fotocamera per il funzionamento della fotocamera



1
MicroBlue trinoculare con
fotocamera montata

2
MicroBlue monoculare con
fotocamera al posto dell'oculare
standard

Accessori e ricambi

Su www.euromex.com puoi trovare gli ultimi aggiornamenti sui modelli e gli accessori

Euromex Microscopen BV

Typograaf 8 • 6921 VB Duiven • The Netherlands • T +31 (0) 26 323 22 11 • www.euromex.com

